# FLEX
# Monoclonal Mouse
# Anti-Human CD2
Clone AB75
**Ready-to-Use**
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)

**Code IS651**

## ENGLISH

**Intended use**

For in vitro diagnostic use.

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD2, Clone AB75, Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus), is intended for use in immunohistochemistry together with Dako Autostainer/Autostainer Plus instruments. This antibody labels normal T cells and related neoplasms and is especially useful for the identification of precursor T-cell lymphoma (1), peripheral T-cell lymphoma (2) and anaplastic large cell lymphoma (3). The clinical interpretation of any staining or its absence should be complemented by morphological studies using proper controls and should be evaluated within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a qualified pathologist.

**Synonym for antigen**

T11 antigen, LFA-2 (leucocyte function associated antigen-2) (4, 5).

**Summary and explanation**

The CD2 molecule is a 50-55 kDa transmembrane glycoprotein expressed on the vast majorities of thymocytes and virtually all peripheral T lymphocytes (4, 5). Three functionally important epitope groups have been defined on the human CD2 molecule, designated $T11_1$, $T11_2$ and $T11_3$ (CD2R). The functions of the CD2 molecule are two-fold: adhesion and activation. CD2 binds to its counter receptor CD58 (LFA-3), a member of the Ig gene superfamily. CD2 binding to LFA-3 activates T cells and may also mediate thymocyte-thymic epithelium adhesion. CD2 is one of the earliest cell lineage restricted antigens to appear during T cell differentiation. CD2 is considered a pan-T-cell antigen and is useful for the identification of virtually all normal T lymphocytes. It is expressed in the majorities of precursor and post thymic lymphomas and leukemias and is not usually expressed by B neoplasms. CD 2 may be aberrantly deleted in some neoplastic T-cell populations, especially peripheral T-cell lymphomas. CD2 antibodies have been shown to label thymocytes (95%), mature peripheral T cells (almost all), NK cells (80-90%) and thymic B cells (50%) (4).

Refer to Dako's *General Instructions for Immunohistochemical Staining* or the detection system instructions of IHC procedures for: 1) Principle of Procedure, 2) Materials Required, Not Supplied, 3) Storage, 4) Specimen Preparation, 5) Staining Procedure, 6) Quality Control, 7) Troubleshooting, 8) Interpretation of Staining, 9) General Limitations.

**Reagent provided**

Ready-to-use monoclonal mouse antibody provided in liquid form in a buffer containing stabilizing protein and 0.015 mol/L sodium azide.

Clone: AB75. Isotype: IgG1, kappa.

**Immunogen**

Recombinant fusion protein corresponding to the external domain of the CD2 molecule.

**Specificity**

The antibody labels human CD2 in Western blotting of MOLT-4 lysate.

**Precautions**

1. For professional users.
2. This product contains sodium azide ($NaN_3$), a chemical highly toxic in pure form. At product concentrations, though not classified as hazardous, sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive build-ups of metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent metal azide build-up in plumbing.
3. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.
4. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
5. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.

**Storage**

Store at 2-8 °C. Do not use after expiration date stamped on vial. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the conditions must be verified by the user. There are no obvious signs to indicate instability of this product. Therefore, positive and negative controls should be run simultaneously with patient specimens. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the antibody is suspected, contact Dako Technical Support.

**Specimen preparation including materials required but not supplied**

The antibody can be used for labeling formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Tissue specimens should be cut into sections of approximately 4 µm.

Pre-treatment with heat-induced epitope retrieval (HIER) is required. Optimal results are obtained by pretreating tissues using EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code K8012/K8014).

Deparaffinized sections: Pre-treatment of deparaffinized formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections is recommended using Dako PT Link (Code PT100/PT101). For details, please refer to the PT Link User Guide.

Follow the pre-treatment procedure outlined in the package insert for EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code K8012/K8014). The following parameters should be used for PT Link: Pre-heat temperature: 65 °C; epitope retrieval temperature and time: 97 °C for 20 (±1) minutes; cool down to 65 °C. Remove Autostainer slide rack with slides from the PT Link tank and immediately dip slides into a jar/tank (e.g., PT Link Rinse Station, Code PT109) containing diluted room temperature EnVision™ FLEX Wash Buffer (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code K8012). Leave slides in Wash Buffer for 1-5 minutes.

Paraffin-embedded sections: As alternative specimen preparation, both deparaffinization and epitope retrieval can be performed in the PT Link using a modified procedure. See the PT Link User Guide for instructions. After the staining procedure has been completed, the sections must be dehydrated, cleared and mounted using permanent mounting medium.

The tissue sections should not dry out during the treatment or during the following immunohistochemical staining procedure. For greater adherence of tissue sections to glass slides, the use of Dako Silanized Slides (Code S3003) is recommended.

**Staining procedure including materials required but not supplied**

The recommended visualization system is EnVision™ FLEX+, Mouse, High pH, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code K8012). The staining steps and incubation times are pre-programmed into the software of Dako Autostainer/Autostainer Plus instruments, using the following protocols:

Template protocol: FLEXRTU2 (200 µL dispense volume) or FLEXRTU3 (300 µL dispense volume)
Autoprogram: CD2 (without counterstaining) or CD2H (with counterstaining)

The Auxiliary step should be set to "rinse buffer" in staining runs with ≤10 slides. For staining runs with >10 slides the Auxiliary step should be set to "none". This ascertains comparable wash times.

All incubation steps should be performed at room temperature. For details, please refer to the Operator's Manual for the dedicated instrument. If the protocols are not available on the used Dako Autostainer instrument, please contact Dako Technical Services.

Optimal conditions may vary depending on specimen and preparation methods, and should be determined by each individual laboratory. If the evaluating pathologist should desire a different staining intensity, a Dako Application Specialist/Technical Service Specialist can be contacted for information on re-programming of the protocol. Verify that the performance of the adjusted protocol is still valid by evaluating that the staining pattern is identical to the staining pattern described in "Performance characteristics".

Counterstaining in hematoxylin is recommended using EnVision™ FLEX Hematoxylin, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code K8018). Non-aqueous, permanent mounting medium is recommended.

Positive and negative controls should be run simultaneously using the same protocol as the patient specimens. The positive control tissue should include tonsil and the cells/structures should display reaction patterns as described for this tissue in "Performance characteristics" in all positive specimens. The recommended negative control reagent is FLEX Negative Control, Mouse, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code IS750).

**Staining interpretation**

Cells labeled by the antibody display membrane and cytoplasmic staining.

**Performance characteristics**

Normal tissues: In tonsil, isolated T cells in the germinal centers show a strong staining reaction whereas T cells in the T-zone show a moderate to strong staining reaction.

Abnormal tissues: The antibody labeled 24/58 anaplastic large cell lymphomas in a study of 75 pediatric patients (2). In another study, 92/136 of unspecified peripheral T-cell lymphoma and 7/8 of precursor T-cell lymphoma (1) were positive for CD2.

## FRANÇAIS

**Utilisation prévue**

Pour utilisation lors d'un diagnostic in vitro.

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD2, clone AB75, Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) est destiné à une utilisation en immunohistochimie avec les instruments Dako Autostainer/Autostainer Plus. Cet anticorps marque les lymphocytes T normaux et les néoplasmes associés et est particulièrement utile pour l'identification du lymphome à précurseurs de lymphocytes T (1), du lymphome à lymphocytes T périphériques (2) et du lymphome anaplasique à grandes cellules (3). L'interprétation clinique de toute coloration ou son absence doit être complétée par des études morphologiques en utilisant des contrôles appropriés et doit être évaluée en fonction des antécédents cliniques du patient et d'autres tests diagnostiques par un pathologiste qualifié.

**Synonyme de l'antigène**

Antigène T11, LFA-2 (antigène 2 associé à la fonction leucocytaire) (4, 5).

**Résumé et explication**

La molécule CD2 est une glycoprotéine transmembranaire de 50 à 55 kDa, exprimée sur une large majorité de thymocytes et pratiquement sur tous les lymphocytes T périphériques (4, 5). Trois groupes épitopes importants du point de vue fonctionnel ont été définis sur la molécule humaine CD2, et ont été appelés $T11_1$, $T11_2$ et $T11_3$ (CD2R). La fonction de la molécule CD2 est double : adhésion et activation. Le CD2 se lie à son contre-récepteur CD58 (LFA-3), un membre de la superfamille génétique des Ig. La liaison du CD2 au LFA-3 active les lymphocytes T et peut aussi servir de médiateur à l'adhésion thymocyte-épithélium thymique. Le CD2 est un des premiers antigènes, limité à une lignée cellulaire, à apparaître durant la différenciation des lymphocytes T. Le CD2 est considéré comme un antigène pan-cellule T et il permet l'identification de pratiquement tous les lymphocytes T sains. Il est exprimé dans la majorité des leucémies et des lymphomes à précurseurs et post thymiques, mais est en général absent des néoplasmes à lymphocytes B. Le CD2 peut être, de manière aberrante, détruit dans certaines populations de lymphocytes néoplasiques, en particulier dans les lymphomes à lymphocytes T périphériques. On a montré que les anticorps du CD2 marquent les thymocytes (95 %), les lymphocytes T périphériques matures (pratiquement tous), les lymphocytes NK (80 à 90 %) et les lymphocytes B thymiques (50 %) (4).

Se référer aux *Instructions générales de coloration immunohistochimique* de Dako ou aux instructions du système de détection relatives aux procédures IHC pour plus d'informations concernant les points suivants : 1) Principe de procédure, 2) Matériels requis mais non fournis, 3) Conservation, 4) Préparation des échantillons, 5) Procédure de coloration, 6) Contrôle de qualité, 7) Dépannage, 8) Interprétation de la coloration, 9) Limites générales.

**Réactifs fournis**

Anticorps monoclonal de souris prêt à l'emploi, fourni sous forme liquide dans un tampon contenant une protéine stabilisante et 0,015 mol/L d'azide de sodium.

Clone : AB75. Isotype : IgG1, kappa.

**Immunogène**

Protéine de fusion recombinante correspondant au domaine externe de la molécule CD2.

**Spécificité**

L'anticorps marque le CD2 humain dans un Western blot de lysat de MOLT-4.

**Précautions**

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Ce produit contient de l'azide de sodium ($NaN_3$), produit chimique hautement toxique dans sa forme pure. Aux concentrations du produit, bien que non classé comme dangereux, l'azide de sodium peut réagir avec le cuivre et le plomb des canalisations et former des accumulations d'azides métalliques hautement explosifs. Lors de l'élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter toute accumulation d'azide métallique dans les canalisations.
3. Comme avec tout produit d'origine biologique, des procédures de manipulation appropriées doivent être respectées.
4. Porter un vêtement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau.
5. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.

**Conservation**

Conserver entre 2 et 8 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'y a aucun signe évident indiquant l'instabilité de ce produit. Par conséquent, des contrôles positifs et négatifs doivent être testés en même temps que les échantillons de patient. Si une coloration inattendue est observée, qui ne peut être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et en cas de suspicion d'un problème lié à l'anticorps, contacter l'assistance technique de Dako.

**Préparation des échantillons y compris le matériel requis mais non fourni**

L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes de tissus inclus en paraffine et fixés au formol. L'épaisseur des coupes d'échantillons de tissu doit être d'environ 4 µm.

Le prétraitement avec un démasquage d'épitope induit par la chaleur (HIER) est nécessaire. Des résultats optimaux sont obtenus en prétraitant les tissus à l'aide de la EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. K8012/K8014).

Coupes déparaffinées : le pré-traitement des coupes de tissus déparaffinés fixés au formol et inclus en paraffine est recommandé à l'aide du Dako PT Link (Réf. PT100/PT101). Pour plus de détails, se référer au Guide d'utilisation du PT Link.

Suivre la procédure de pré-traitement indiquée dans la notice pour la EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. K8012/K8014). Les paramètres suivants doivent être utilisés pour le PT Link : température de préchauffage : 65 °C ; température et durée de restauration de l'épitope : 97 °C pendant 20 (±1) minutes ; refroidissement à 65 °C. Retirer le portoir à lames et les lames Autostainer de la cuve du PT Link et plonger immédiatement les lames dans un récipient/une cuve (p.ex., PT Link Rinse Station, réf. PT109) contenant du EnVision™ FLEX Wash Buffer (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. K8012), dilué à température ambiante. Laisser les lames dans le Wash Buffer pendant 1-5 minutes.

Coupes incluses en paraffine : comme préparation alternative des échantillons, le déparaffinage et la restauration de l'épitope peuvent être réalisés dans le PT Link à l'aide d'une procédure modifiée. Se référer aux instructions du Guide d'utilisation du PT Link. Une fois que la



Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17

procédure de coloration est terminée, les coupes doivent être déshydratées, lavées et montées à l'aide d'un milieu de montage permanent. Les coupes de tissus ne doivent pas sécher lors du traitement ni lors de la procédure de coloration immunohistochimique suivante. Pour une meilleure adhérence des coupes de tissus sur les lames de verre, il est recommandé d'utiliser des lames Dako Silanized Slides (Réf. S3003).

**Procédure de coloration y compris le matériel requis mais non fourni**

Le système de visualisation recommandé est le EnVision™ FLEX+, Mouse, High pH, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. K8012). Les étapes de coloration et les temps d'incubation sont préprogrammés dans le logiciel des instruments Dako Autostainer/Autostainer Plus, à l'aide des protocoles suivants :

Protocole modèle : FLEXRTU2 (volume d'application de 200 µL) ou FLEXRTU3 (volume d'application de 300 µL). Programme automatique : CD2 (sans contre-coloration) ou CD2H (avec contre-coloration).

L'étape Auxiliary doit être réglée sur « rinse buffer » lors des cycles de coloration avec ≤10 lames. Pour les cycles de coloration de >10 lames, l'étape Auxiliary doit être réglée sur « none ». Cela confirme des temps de lavage comparables.

Toutes les étapes d'incubation doivent être effectuées à température ambiante. Pour plus de détails, se référer au Manuel de l'opérateur spécifique à l'instrument. Si les protocoles ne sont pas disponibles sur l'instrument Dako Autostainer utilisé, contacter le service technique de Dako.

Les conditions optimales peuvent varier en fonction du prélèvement et des méthodes de préparation, et doivent être déterminées par chaque laboratoire individuellement. Si le pathologiste qui réalise l'évaluation désire une intensité de coloration différente, un spécialiste d'application/spécialiste du service technique de Dako peut être contacté pour obtenir des informations sur la reprogrammation du protocole. Vérifier que l'exécution du protocole modifié est toujours valide en vérifiant que le schéma de coloration est identique au schéma de coloration décrit dans les « Caractéristiques de performance ».

Il est recommandé d'effectuer une contre-coloration à l'aide de EnVision™ FLEX Hematoxylin, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. K8018). L'utilisation d'un milieu de montage permanent non aqueux est recommandée.

Des contrôles positifs et négatifs doivent être réalisés en même temps et avec le même protocole que les échantillons du patient. Le contrôle de tissu positif doit comprendre l'amygdale et les cellules/structures doivent présenter les schémas de réaction décrits pour ces tissus dans les « Caractéristiques de performance » pour tous les échantillons positifs. Le réactif de contrôle négatif recommandé est le FLEX Negative Control, Mouse, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Réf. IS750).

**Interprétation de la coloration**

Les cellules marquées par l'anticorps présentent une coloration cytoplasmique et membranaire.

**Caractéristiques de performance**

Tissus sains : dans l'amygdale, les lymphocytes T isolés du centre germinatif présentent une forte coloration alors que les lymphocytes T de la zone T présentent une coloration modérée à forte.

Tissus tumoraux : l'anticorps a marqué 24 cas sur 58 de lymphomes anaplasiques à grandes cellules dans une étude portant sur 75 patients pédiatriques (2). Dans une autre étude, 92 cas sur 136 de lymphomes à lymphocytes T périphériques non spécifiques et 7 cas sur 8 de lymphomes à précurseurs de lymphocytes T (1) étaient positifs au CD2.

## DEUTSCH

**Verwendungszweck**

Zur In-vitro-Diagnostik.

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD2, Klon AB75, Ready-to-Use (Dako Autostainer/Autostainer Plus) ist zur Verwendung in der Immunhistochemie in Verbindung mit Dako Autostainer/Autostainer Plus-Geräten bestimmt. Dieser Antikörper markiert normale T-Zellen und verwandte Neoplasmen und ist speziell für die Identifizierung von Vorläufer-T-Zelllymphomen (1), peripheren T-Zelllymphomen (2) und anaplastischen Großzelllymphomen (3) geeignet. Die klinische Auswertung einer eventuell eintretenden Färbung sollte durch morphologische Studien mit geeigneten Kontrollen ergänzt werden und von einem qualifizierten Pathologen unter Berücksichtigung der Krankengeschichte und anderer diagnostischer Tests des Patienten vorgenommen werden.

**Synonym für das Antigen**

T11-Antigen, LFA-2 (leucocyte function associated antigen-2) (4, 5).

**Zusammenfassung und Erklärung**

Das CD2-Molekül ist ein transmembranes Glykoprotein von 50–55 kDa, dass auf der Mehrzahl von Thymozyten und fast allen peripheren T-Lymphozyten exprimiert wird (4, 5). Drei funktionell wichtige Epitopgruppen wurden auf dem menschlichen CD2-Molekül definiert und als $T11_1$, $T11_2$ und $T11_3$ (CD2R) bezeichnet. Das CD2-Molekül hat zwei Funktionen: Adhäsion und Aktivierung. CD2 bindet sich an seinen Gegenrezeptor CD58 (LFA-3), ein Mitglied der Ig-Gen-Superfamilie. Die Bindung von CD2 an LFA-3 aktiviert T-Zellen und vermittelt möglicherweise auch Thymozyt-Thymische Epitheladhäsion. CD2 ist eines der frühesten zelllinienbeschränkten Antigene, das während der T-Zelldifferenzierung erscheint. CD2 ist ein Pan-T-Zellantigen und dient daher zum Nachweis fast aller normalen T-Lymphozyten. Es wird in der Mehrzahl der Vorläufer- und postthymischen Lymphome und Leukämien exprimiert, jedoch gewöhnlich nicht bei B-Neoplasmen. CD2 kann abnormal in einigen neoplastischen T-Zellpopulationen entfernt werden, speziell bei peripheren T-Zelllymphomen. CD2-Antikörper markieren nachweislich Thymozyten (95 %), reife periphere T-Zellen (fast alle), NK-Zellen (80–90 %) und thymische B-Zellen (50 %) (4).

Folgende Angaben bitte den *Allgemeinen Richtlinien zur immunhistochemischen Färbung* von Dako oder den Anweisungen des Detektionssystems für IHC-Verfahren entnehmen: 1) Verfahrensprinzip, 2) Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien, 3) Aufbewahrung, 4) Vorbereitung der Probe, 5) Färbeverfahren, 6) Qualitätskontrolle, 7) Fehlersuche und -behebung, 8) Auswertung der Färbung, 9) Allgemeine Beschränkungen.

**Geliefertes Reagenz**

Gebrauchsfertiger, monoklonaler Maus-Antikörper in flüssiger Form in einem Puffer, der stabilisierendes Protein und 0,015 mol/L Natriumazid enthält.

Klone: AB75. Isotyp: IgG1, Kappa.

**Immunogen**

Rekombinantes Fusionsprotein, der externen Domäne des CD2-Moleküls entsprechend.

**Spezifität**

Beim Western Blotting von MOLT-4-Lysat markiert der Antikörper menschliches CD2.

**Vorsichtsmaßnahmen**

1. Nur für Fachpersonal bestimmt.
2. Dieses Produkt enthält Natriumazid ($NaN_3$), eine in reiner Form äußerst giftige Chemikalie. Natriumazid kann auch in als ungefährlich eingestuften Konzentrationen mit Blei- und Kupferrohren reagieren und hochexplosive Metallazide bilden. Nach der Entsorgung stets mit viel Wasser nachspülen, um Metallazidansammlungen in den Leitungen vorzubeugen.
3. Wie alle Produkte biologischen Ursprungs müssen auch diese entsprechend gehandhabt werden.
4. Geeignete Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.
5. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.

**Lagerung**

Bei 2–8 °C aufbewahren. Nach Ablauf des auf dem Fläschchen aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien unter anderen als den angegebenen Bedingungen aufbewahrt, müssen diese Bedingungen vom Benutzer validiert werden. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Positiv- und Negativkontrollen sollten daher zur gleichen Zeit wie die Patientenproben getestet werden. Falls es zu einer unerwarteten Färbung kommt, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Antikörper hindeutet, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.

**Vorbereitung der Probe und erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien**

Der Antikörper eignet sich zur Markierung von formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten. Gewebeproben sollten in Schnitte von ca. 4 µm Stärke geschnitten werden.



Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17

**und erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien**

Es ist eine Vorbehandlung mit hitzeinduzierter Epitopdemaskierung (HIER-Verfahren) erforderlich. Optimale Ergebnisse können durch Vorbehandlung der Gewebe mit EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x) (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. K8012/K8014) erzielt werden.

Entparaffinierte Schnitte: Die Vorbehandlung der entparaffinierten, formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitte sollte mit Dako PT Link (Code-Nr. PT100/PT101) erfolgen. Weitere Informationen hierzu siehe PT Link-Benutzerhandbuch.

Vorbehandlung gemäß der Beschreibung in der Packungsbeilage für EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. K8012/K8014) durchführen. Für PT Link sollten die folgenden Parameter verwendet werden: Vorwärmtemperatur: 65 °C; Temperatur und Zeit für Epitopdemaskierung: 97 °C in 20 (±1) Minuten; auf 65 °C abkühlen. Das Autostainer Objektträgergestell mitsamt Objektträgern aus dem PT Link-Behälter herausnehmen und Objektträger sofort in einen Behälter (z.B. PT Link Rinse Station, Code-Nr. PT109) mit verdünntem, auf Zimmertemperatur gebrachtem EnVision™ FLEX Wash Buffer (10x), (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. K8012) eintauchen. Die Objektträger für 1–5 Minuten im Wash Buffer belassen.

Paraffineingebettete Schnitte: Zur Probenpräparation kann für Entparaffinierung und Epitopdemaskierung im PT Link auch ein modifiziertes Verfahren verwendet werden. Weitere Informationen siehe PT Link-Benutzerhandbuch. Nach Abschluss des Färbeverfahrens müssen die Schnitte dehydriert, geklärt und unter Verwendung eines permanenten Fixiermittels auf die Objektträger aufgebracht werden.

Die Gewebeschnitte dürfen während der Behandlung oder des anschließenden immunhistochemischen Färbeverfahrens nicht austrocknen. Zur besseren Haftung der Gewebeschnitte an den Glasobjektträgern werden Dako Silanized Slides (Code-Nr. S3003) empfohlen.

**Färbeverfahren und erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien**

Das empfohlene Visualisierungssystem ist EnVision™ FLEX+, High pH, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. K8012). Die Färbeschritte und Inkubationszeiten sind in der Autostainer Link-Software vorprogrammiert. Die Färbeschritte und Inkubationszeiten sind in der Software der Dako Autostainer/Autostainer Plus-Geräte mit den folgenden Protokollen vorprogrammiert:

Matrix-Protokoll: FLEXRTU2 (200 µL Abgabevolumen) oder FLEXRTU3 (300 µL Abgabevolumen)
Autoprogram: CD2 (ohne Gegenfärbung) oder CD2H (mit Gegenfärbung)

Bei Färbedurchläufen mit höchstens 10 Objektträgern sollte der „Zusatz"-Schritt auf „Pufferspülgang" eingestellt werden. Für Färbedurchläufe mit mehr als 10 Objektträgern den „Zusatz"-Schritt auf „Keine" einstellen. Dieses gewährleistet vergleichbare Waschzeiten.
Alle Inkubationsschritte sollten bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Nähere Einzelheiten bitte dem Benutzerhandbuch für das jeweilige Gerät entnehmen. Wenn die Färbeprotokolle auf dem verwendeten Dako Autostainer-Gerät nicht verfügbar sind, bitte den Technischen Kundendienst von Dako verständigen.

Optimale Bedingungen können je nach Probe und Präparationsverfahren unterschiedlich sein und sollten vom jeweiligen Labor selbst ermittelt werden. Falls der beurteilende Pathologe eine andere Färbungsintensität wünscht, kann ein Anwendungsspezialist oder Kundendiensttechniker von Dako bei der Neuprogrammierung des Protokolls helfen. Die Leistung des angepassten Protokolls muss verifiziert werden, indem gewährleistet wird, dass das Färbemuster mit dem unter „Leistungsmerkmale" beschriebenen Färbemuster identisch ist.

Die Gegenfärbung in Hämatoxylin sollte mit EnVision™ FLEX Hematoxylin, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. K8018) ausgeführt werden. Empfohlen wird ein nichtwässriges, permanentes Fixiermittel.

Positiv- und Negativkontrollen sollten zur gleichen Zeit und mit demselben Protokoll wie die Patientenproben getestet werden. Das positive Kontrollgewebe sollte Mandelgewebe enthalten, und die Zellen/Strukturen müssen in allen positiven Proben die für dieses Gewebe unter „Leistungsmerkmale" beschriebenen Reaktionsmuster aufweisen. Das empfohlene Negativ-Kontrollreagenz ist FLEX Negative Control, Mouse, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (Code-Nr. IS750).

**Auswertung der Färbung**

Mit diesem Antikörper markierte Zellen weisen eine zytoplasmatische und Membranfärbung auf.

**Leistungsmerkmale**

Gesundes Gewebe: In Mandelgewebe zeigten die T-Zellen in der T-Zone eine mäßige bis starke Färbung, wogegen die isolierten T-Zellen in den Keimzentren eine starke Färbung aufwiesen.

Pathologisches Gewebe: Der Antikörper markierte 24 von 58 anaplastischen Großzelllymphomen in einer Studie mit 75 Kindern (2). In einer anderen Studie reagierten 92 von 136 unspezifischen peripheren T-Zelllymphomen und 7 von 8 Vorläufer-T-Zellymphomen (1) positiv auf CD2.

**References/ Références/ Literatur**


1. Hyjek E, Chadburn A, Liu YF, Cesarman E et al. BCL-6 protein is expressed in precursor T-cell lymphoblastic lymphoma and in prenatal and postnatal thymus. Blood 2001;97:270-76.
2. Went P, Agostinelli C, Gallaminni A, Piccaluga PP et al. Marker expression in peripheral T-cell lymphoma: A proposed clinical-pathological prognostic score. J Clin Oncol 2006;24:2472-79.
3. D'Amore SEG, Menin A, Bonoldi E, Bevilacqua P et al. Anaplastic large cell lymphomas: A study of 75 pediatric patients. Pediatr Devl Pathol 2007;10:181-91.
4. Leong AS-Y, Cooper K and Leong FJW-M. CD2. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Greenwich Medical Media; 2003. p. 61-62
5. Moingeon P, Chang HC, Sayre PH, Clayton LK et al. The structural biology of CD2. Immunol Rev 1989;111:111-44.


**Explanation of symbols/ Explication des symboles/ Erläuterung der Symbole**

| | | |
|---|---|---|
| REF<br>Catalogue number<br>Référence catalogue<br>Bestellnummer | 2 °C – 8 °C<br>Temperature limitation<br>Limites de température<br>Zulässiger Temperaturbereich | Use by<br>Utiliser avant<br>Verwendbar bis |
| IVD<br>In vitro diagnostic medical device<br>Dispositif médical de diagnostic in vitro<br>In-vitro-Diagnostikum | Σ<br>Contains sufficient for <n> tests<br>Contenu suffisant pour <n> tests<br>Inhalt ausreichend für <n> Tests | Manufacturer<br>Fabricant<br>Hersteller |
| Consult instructions for use<br>Voir les instructions d'utilisation<br>Gebrauchsanweisung beachten | LOT<br>Batch code<br>Numéro de lot<br>Chargenbezeichnung | |



Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17